



สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

ประกาศศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ที่ ๒ /2563

เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจัดเก็บดวงตา
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงได้เพิ่มมาตรการในการรับบริจาคดวงตา เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 จากผู้บริจาคที่เสียชีวิตสู่ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา และจาก ผู้บริจาคที่เสียชีวิตสู่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บดวงตา เนื่องจากเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มของไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในคน และสัตว์ ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บดวงตามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดดังกล่าว หากมีการสัมผัสกับเชื้อที่ก่อให้เกิด โรคและมีได้สวมใส่ ใช้งาน ถอดทิ้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

แม้ว่าหัตถการการจัดเก็บดวงตาไม่ทำให้เกิดละอองลอย (Aerosol generating procedure: AGP) และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มีการเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจคัดกรองผู้บริจาคดวงตาในสถานการณ์ ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 แล้วก็ตาม แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บดวงตา ศูนย์ดวงตาฯ จึงได้ ออกแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19 ของผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บดวงตา ดังนี้

1. ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บดวงตา ปฏิบัติตามมาตรการในการรับบริจาคดวงตา ตามประกาศ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ที่ 1/2563 เรื่อง การรับบริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายกระจกตา ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
2. ล้างมือก่อนและหลังการทำหัตถการจัดเก็บดวงตาทุกครั้ง
3. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานจัดเก็บดวงตา ได้แก่
 - 3.1 หมวกคลุมผม (hair clover)
 - 3.2 เสื้อกาวน์ (disposable gown)
 - 3.3 หน้ากากทางการแพทย์ (N95 หรือ surgical mask)
 - 3.4 แว่นตานิรภัย(goggle)
 - 3.5 หน้ากากป้องกันใบหน้า (face shield)
4. ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ หลังทำหัตถการจัดเก็บดวงตา โดยล้างทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เปื้อนสิ่งคัดหลั่ง จากนั้นให้แช่ในน้ำยา 0.5 % โซเดียมไฮโปคลอไรท์ นาน 30 นาที แล้วจึงล้าง ตามด้วยน้ำสะอาด
5. อุปกรณ์ที่ป้องกันตนเองที่สามารถนำกลับใช้ซ้ำได้ เช่น แว่นตา หน้ากากป้องกันใบหน้า ให้ล้าง ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมน้ำยาทำลายเชื้อ (disinfectant) แล้วผึ่งให้แห้ง
6. อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งให้ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อเท่านั้น ให้ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ มัดปากถุงให้แน่น และ ปฏิบัติตามแนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล

ประกาศนี้ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เมษายน 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิตา ปริญนก)
ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสมภากาชาดไทย